



Rexxam
Quality in Vision Care

RIUNITO OZY

Riunito Rexxam per 2 strumenti. Un riunito di qualità e una postazione importante con design Rexxam. Il riunito è stato progettato da Rexxam per interfacciarsi perfettamente con la strumentazione Rexxam sia per design e colorazioni sia per usabilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SISTEMA:

- Pianale per 2 strumenti a traslazione manuale
- Luce per illuminazione stanza e Luce di lettura per test da vicino regolabili
- Voltaggi al pianale sia 220V che 6/12V inclusi
- Prese ausiliarie per alimentazione 220V



- Poltrona con braccioli reclinabili inclusa
- Versione Destra o Sinistra senza opzioni
- Elevazione elettrica del pianale (opzionale)
- Poltrona con schienale reclinabile (opzionale)
- Vano per lenti di prova integrato nel riunito (opzionale)

Scheda tecnica

INGOMBRI: L 1600 x P 1696 mm

TRASLAZIONE: Manuale

POLTRONA: Inclusa

ALIMENTAZIONE AI PIANI: 220V e basso voltaggio con trasformatori inclusi

ALIMENTAZIONE RIUNITO: 240V 50-60Hz

PESO: 250Kg

PORTATA PIANALE: 50kg

ALTEZZA PIANALE: 825mm (825-965mm con opzione elevazione elettrica pianale)

ALTEZZA POLTRONA: 480-720mm

ROTAZIONE POLTRONA: 360°

LUCE STANZA E LUCE LETTURA: LED

ACCESSORI INCLUSI: Poltrona a schienale fisso con braccioli, Luci stanza e lettura, Prese ausiliarie esterne 220V, Trasformatori per basso voltaggio, Kit 220V al pianale, Cavo di alimentazione, Manuale d'uso.

ACCESSORI OPZIONALI: Supporto per mentoniera, Supporto per proiettore, Vassoio per lenti di prova, Elevazione elettrica pianale, Poltrona reclinabile, Braccio forottero, Poggiapiedi reclinabile per poltrona, Colonna per pannello comandi forottero computerizzato, Kit per cavi USB e Firewire

Polyoftalmica.new srl – Via Albert Bruce Sabin, 5/c – 43123 Parma (Pr)

Tel.: 0039-0521-642126 Fax : 0039-0521-643941 info@polynew.it www.polynew.it

Partita Iva e Codice Fiscale : 02148950344

C.C.I.A.A. di Parma REA n. 214571 Reg Imprese n. 02148950344/2000 Cap. Soc. € 15.000,00 Int. Vers.